

Lektest

Testen bij levering

Categorie 3 op herhaling

Op 21 april 2018 is de nieuwe Europese richtlijn 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) van kracht geworden. In de richtlijn werd gehoorbescherming heringedeeld van categorie 2 (middelmatig risico) naar categorie 3 (hoog risico).

Als fabrikant van gehoorbescherming moet Elacin aantonen dat de kwaliteit van elke op maat gemaakte gehoorbescherming voldoet aan de CE-certificatie.

Dit wordt beoordeeld door een geaccrediteerd instituut (Notified Body) door middel van een aanvullende jaarlijkse procedure.

Elacin moet voldoen aan twee componenten van de EU-verordening:

- + CE-typekeuring volgens EN352
- + Jaarlijkse productiecontrole via:

- Module C2: mysteryshopping & testen door een geaccrediteerd instituut of
- Module D: audit op locatie door een Notified Body om het controlesysteem voor productkwaliteit te verifiëren



Elacin heeft gekozen voor Module D en mag zijn eigen kwaliteitssysteem definiëren. De Notified Body beoordeelt of het beheer effectief en naar behoren is om het kwaliteitsniveau van elke individueel geproduceerde, op maat gemaakte gehoorbeschermer te waarborgen.

Uitmuntende resultaten



Sinds de introductie van de nieuwe verordening heeft Elacin deze audit uitmuntend doorstaan; er hoeft geen lektest te worden uitgevoerd bij levering. Een lektest bij levering is geen standaard onderdeel van het Elacin-kwaliteitssysteem¹. Omdat er veel effectieve interne controlemomenten zijn vastgesteld, zou het testen van de pasvorm niet verder bijdragen aan de kwaliteit van de op maat gemaakte gehoorbescherming. Andere fabrikanten kiezen hiervoor mogelijk een andere aanpak.

¹ Uitgezonderd in Duitsland vanwege lokale wetgeving

Jaarlijkse keuring of testen bij levering?

Er is een duidelijk onderscheid tussen beide. Testen bij levering is in Module D een keuze van de fabrikant en is gebaseerd op de door de fabrikant gekozen aanpak (zie hiervoor). Een jaarlijkse keuring is de keuze van een werkgever.



Een werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie van alle mogelijke gevaren op de werkplek. Voor elk risico dat wordt geïdentificeerd moeten risicobeperkende maatregelen worden genomen. Het heeft hierbij voorkeur de oorzaak aan te pakken. PBM zoals gehoorbescherming helpen als de bron niet kan worden aangepakt. Afhankelijk van hoe vaak het risico voorkomt en hoe ernstig het is, kunnen beperkende maatregelen uit meerdere lagen of controlepunten bestaan. De risicobeperkingsstrategie is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Ofwel, een jaarlijkse controle op de beschermende werking van gehoorbescherming is geen wettelijke verplichting, maar een keuze van de werkgever.

